



## תעודת אישור דגם מספר **IL 348-20**

וזאת לתעודה שדגם מכשיר המדידה מאושר לשימוש במדינת ישראל

האגף למשקלות ומידות	<b>הרשות המוציאה:</b>
תקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963	<b>בהתאמה ל:</b>
תיקון התשס"ז-2007 והמלצות OIML R 76	
אוקאמי - זאב מלקביץ (ע"מ 011814738)	<b>פרטי המבקש:</b>
ראש שקילה, דרגת דיוק III או III	<b>קטגוריה:</b>
BAYKON, תורכיה	<b>היצרן:</b>
<b>BX23/24/25/26</b>	<b>דגם:</b>
מספר חלוקות $n \leq 10000$	<b>נתונים עיקריים:</b>
חשמל 10 - 30 VDC ; 90 - 240 VAC , 50 / 60 Hz	
התנגדות מתמר מינימלית 43 Ohm	
תחום טמפרטורה $-10^{\circ}\text{C} / + 40^{\circ}\text{C}$	
התעודה ניתנה על סמך בקשה מס' 39638780 ואישור מעבדת	<b>תיעוד:</b>
DELTA דו"ח מס' R76/2006-DK3-17.11 מתאריך	
.13/11/2017	
תאריך הנפקת התעודה: 27.02.2020	
תאריך פקיעת תוקף: 28.02.2030	

אישור הדגם יהיה תקף כל עוד לא שונה הדגם, צורתו, מרכיביו וביצועיו. שונה או עודכן הדגם מכל סיבה שהיא יש להודיע על כך למפקח על משקלות, מידות וסטנדרטים.

נבדק ע"י ממונה טכני: אינג' טומי גלנץ

  
**יצחק קמחי, עו"ד**  
 המפקח על משקלות, מידות  
 וסטנדרטים